

Tester otpornosti uzemljenja MODEL 4105A









CE

- Otpornost na prašinu i vodu.(dizajniran po IEC 529 IP54)
- Dodatno preciznom merenju, dostavljeni su u standardnom kompletu i test kablovi za pojednostavljeni mereni 2-žični sistem.(instrument se može okačiti o vrat za pojednostavljeno merenje)
- Dizajniran da zadovolji IEC 61010-1 sigurnosni standard.
- Može meriti napon zemlje.
- Automatsko upozorenje kad je otpornost pomoćnih uzemljivačkih kočića veća od tolerancije.
- Mali i lagan. Otporan na udar sa novim materijalom kućišta.
- 2mA merna struja dozvoljava testove otpornosti uzemljenja bez aktiviranja sklopki za struju curenja ka zemlji u kolima koje testira.

4105A Model sa mekom torbom	4105A-H Model sa tvrdim koferom
	

Merni opsezi	Otpornost uzemljenja: 0 - 20Ω/0 - 200Ω/0 - 2000Ω Napon zemlje [50,60Hz]: 0 - 200V AC
Tačnost	Otpornost uzemljenja: $\pm 2\%rdg \pm 0.1\Omega$ (20Ω opseg) $\pm 2\%rdg \pm 3dgt$ (200Ω/2000Ω opsezi) Napon zemlje: $\pm 1\%rdg \pm 4dgt$
Zaštita od preopterećenja	Otpornost uzemljenja: 280V AC za 10 sekundi preko 2 od 3 terminala Napon zemlje: 300V AC za 1 minut
Primenjeni standardi	IEC 60529 IP54
Sigurnosni Standard	IEC 61010-1 CAT III 300V Pollution Degree 2, IEC 61557
Izvor napajanja	R6 (AA) (1.5V) × 6
Dimenzije	105(L) × 158(W) × 70(D)mm
Težina	oko 550g
Dodaci u sastavu	7095A (Test kablovi za otpornost uzemljenja) × 1set (crveni-20m, žuti-10m, zeleni-5m) 8032 (Pomoćni uzemljivački kočići) × 1set 7127A (Sonda za uprošćeno merenje) × 1set R6 (AA) × 6 9121 (Naramenica) Uputstvo za upotrebu Torba za nošenje : 9084(Meka torba: samo 4105A) : 9165(Tvrđi kofer: samo 4105A-H)
Opcioni dodaci	7100A (Kablovski set za precizno merenje)

Dodaci/Opcioni dodaci/Vezani proizvodi

 MODEL 7095A	 MODEL 7127A	 MODEL 9165
 MODEL 7100A	 MODEL 8032	 MODEL 9121

Melco Buda d.o.o.

- kancelarija u Beogradu: Jurija Gagarina br.257/II sprat/12 , 11070 Novi Beograd
tel: 011/6277-410, mob: 065/311-9422

e mail: office-beograd@melcobuda.co.rs , budimir.melcobuda@gmail.com
www.melcobuda.co.rs , www.kyoritsu-instrumenti.com , www.termovizija.com , www.hioki-instrumenti.com

- kancelarija u Despotovcu: Saveza Boraca br.7, 35213 Despotovac, Srbija
tel:035/612 916, faks:035/613 319, mob. 063/8003370

e mail: office@kyoritsu-instrumenti.com , office@melcobuda.co.rs

- Germany address: Quer strasse 18 Offenbach